

包 括 的 公 表

平成 23 年 4 月～6 月に報告された医療事故のうち、包括的公表となる事例は下記のとおりです。

発生場所	概 略	再発防止策
検査室	放射性物質（ラジオアイソトープ）を用いて検査を行う際、留置針の接続部が外れて薬液が注入できず、検査が中止となった。	注入する際の医療器具をロック式のものに変更した。
外来	採血項目を間違えて、検査をしてしまった。	検査依頼時、検査目的を確認する。