

## 包 括 的 公 表

2023年10月～12月に報告された医療事故のうち、包括的公表となる事例は下記のとおりです。

No.	発生場所	概 略	再発防止策
1	外来	右下の埋伏智歯を抜歯中、回転切削器具で隣接する右下第二大臼歯のエナメル質の一部が欠損した。	<ul style="list-style-type: none"><li>・処置中に患者の苦痛が強い場合は、担当を上級医に交代する。</li><li>・同意書に、抜歯操作により隣在歯を損傷する可能性があること追記し、事前に説明する。</li><li>・術前のブリーフィング手順に、患者から疑問などの有無を確認する。</li><li>・抜歯の手術時間を原則1時間とし、医療安全に配慮できる時間を確保する。</li></ul>