

包 括 的 公 表

2020年1月～3月に報告された医療事故のうち、包括的公表となる事例は下記のとおりです。

No.	発生場所	概 略	再発防止策
1	病棟	人工呼吸器を使用した状態で病室移動をする際、専用の流量計を用いず、酸素吸入用の流量計を分解、組立てし人工呼吸器と酸素ポンペを接続した。移動中は、酸素フロー低下アラームが鳴り続けていた。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 酸素流量計調整器を分解しない、医療機器添付文書に書かれていない使用は避ける、アラームには対応することを職員へ再周知する。 ・ 医療機器の分解や組み立てを行う際は複数人で行い、確認する。
2	入院	ビビアントの休薬期間不足のため、入院を継続して、手術日を2日間延期した。紹介元以外の診療所から処方された薬であり、主治医が入院前の服薬チェックを薬剤師に依頼しなかったため、休止薬があることに気づかなかった。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 十分な問診を行う。 ・ お薬手帳を活用して服薬している薬を確認する。 ・ 術前休止薬の確認は、他職種と連携・協働する。