

包 括 的 公 表

2022年1月～3月に報告された医療事故のうち、包括的公表となる事例は下記のとおりです。

No.	発生場所	概 略	再発防止策
1	病棟	陣痛誘発剤の急速投与	<ul style="list-style-type: none"> ・ 陣痛誘発剤を混注した輸液ボトルであることが視覚的に分かるように、輸液ボトル本体と輸液ルートに赤色テープを貼る。 ・ 輸液ポンプの点検を行ってから、患者・看護ワークシート・薬剤（輸液ボトル）・注射ラベルの認証（照合）を行う。 ・ 陣痛誘発剤を混注した輸液ボトルは、輸液ポンプの直上の輸液スタンドのフックに掛ける。 ・ 開始直前に、6 Rの再確認、輸液ボトルから留置針刺入部までのルート確認を行い、クレンメ開放、開始ボタンを押す。
2	手術室	手術時に使用した医療器具の体内遺残	<ul style="list-style-type: none"> ・ ハンドピースに取り付けて回転を与える器具（各種バー）は、回転制限が200,000回転以下のものは使用しない。（ハンドピースの最大回転数以下のものは使用しない）