

西部医療センター

	発生年月	発生場所	事故の概要	再発防止策
1	2015. 8	病室	人工股関節術後、座位を取ったところ人工関節部の脱臼を起こした。	人工関節置換術後の患者のケアは、複数の看護師で行う。
2	2015. 11	手術室	ペースメーカー挿入のために鎖骨下静脈を穿刺したが、当日中に胸部のX線撮影を行わなかったため、気胸の発見が遅れた。	手術後は、必ず手術室内でポータブル胸部X線撮影を行う。
3	2016. 1	病室	尿道カテーテルにキャップを装着する際に、カテーテルを破損し、入替えが必要となった。	尿道カテーテルの取扱いについて再度周知した。
4	2016. 2	病室	新生児に与える母乳を取り違えて与え、すぐに挿入中の胃管から回収した。	哺乳瓶のバーコード認証のシステムを導入した。母乳取扱いのマニュアルを改訂した。
5	2016. 2	病室	鎮痛薬を誤って投与された患者に吐気・嘔吐の症状があったため、点滴を行った。	患者確認方法について再度周知した。